

校正証明書

依頼者名 東洋メディック株式会社 計量計測部計量校正課
住所 東京都文京区関口1-14-10
品名 放射線治療用線量計
製造者名 東洋メディック株式会社
型式 RAMTEC Duo
製造番号 129
校正項目 電荷
校正方法 微小直流電流による積算方式
校正結果 2頁のとおり
校正年月日 2018年7月9日

校正結果は前項のとおり相違ない事を証明します。

発行年月日 2018年7月23日
発行者 東京都文京区関口1-14-10
東洋メディック株式会社
計量計測部 計量校正課
発行責任者 益永 勉



・この証明書は、計量法第144条（第1項）に基づくものであり、特定標準器（国家標準）にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部分のみを複製して用いることは禁じられています。

・当事業所はISO/IEC 17025 (JIS Q 17025) に適合しています。

・この証明書はILAC（国際試験所認定協力機構）及びAPLAC（アジア太平洋試験所認定協力機構）のMRA（相互承認）に加盟しているIAJapanに認定された校正機関によって発行されています。この校正結果はILAC/APLACのMRAを通じて、国際的に受け入れ可能です。



TOYO
MEDIC

総数2頁の2頁目

校正証明書番号 18070901

校正結果

レンジ	校正値 nC	測定値 nC	拡張不確かさ %
L	0.99873	0.99908	0.15
	4.99776	4.99854	0.15
	9.99582	9.99710	0.15
	-1.00067	-1.00056	0.15
	-4.99970	-4.99962	0.15
	-9.99885	-9.99891	0.15
M	4.998	4.993	0.15
	49.984	49.954	0.15
	99.953	99.901	0.15
	249.947	249.790	0.15
	499.898	499.566	0.15
	-5.000	-4.997	0.15
	-49.986	-49.955	0.15
	-100.000	-99.916	0.15
	-249.982	-249.791	0.15
	-499.919	-499.536	0.15

拡張不確かさは $k=2$ （信頼水準約95%）とした相対拡張不確かさ。

【校正条件】

Ch 番号 : 1Ch

通電時間 : 50秒

温度 : 21.0℃～25.0℃

湿度 : 40%以下

【特記事項】

校正値は基準電荷の量と同義です。

測定値は、電位計のゼロ点シフト・ゼロ点ドリフト・電荷漏れを補正した値です。

【校正に用いた標準器】

品名	型式	製造番号	製造者名
デジタルマルチメータ	34461A	MY53222955	Keysight Technologies
標準抵抗器	HVR1033 10G	1703006	株式会社日本ファインケム
標準抵抗器	HVR1033 100M	1703005	株式会社日本ファインケム
ユニバーサルカウンタ	53220A	MY56470124	Keysight Technologies

TOYO MEDIC Co.,Ltd.